

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OCProduct
Produit

Medical Power Supply (for building-in)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)
Mumbai 400 096
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesInput: 4.0A Max, 100- 240V~, 47-63Hz,
Output: 275W Max
CI.ITrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

MULP275-ZVXX-YYY

Model / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

Z= 1 or 0 V= 0 to 9, X = any numeric from 0-9, Y = any alpha or numeric character or blank

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

316648

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationGaustadalléen 30
NO-0373 Oslo, NorwaySignature: Sweet Yuan
Certification Department

Date: 07-11-2016