

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Medical Power Supply (for building-in)

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurEOS Power India PVT Ltd.  
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)  
Mumbai 400 096  
IndiaName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantEOS Power India PVT Ltd.  
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)  
Mumbai 400 096  
IndiaName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineEOS Power India PVT Ltd.  
Unit #57, SDF II, Seepz-Sez, Andheri (East)  
Mumbai 400 096  
IndiaNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales6.0A MAX, 100-240V~, 47-63Hz  
Cl.I, Output: 550W.Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur  
Model / Type Ref.  
Ref. De type

MWLC550-1XXX-YYY

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

In model name: XXX = any numeric from 0-9, Y = any alpha or numeric character or blank.

 Additional information on page 2A sample of the product was tested and found to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60601-1(ed.3);am1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport des essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

309591

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationGaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 24-06-2016

Signature: Sweet Yuan  
Certification Department